

2025 年陆丰市人民医院高压注射泵采购项目

市场调查询价

陆丰市人民医院

2025 年 11 月

一、需求清单

序号	名称	数量
1	高压注射泵（单筒）	1 套
2	高压注射泵（双筒）	1 套

二、需求描述

1. 预设压力限制

单筒：1-1200psi，增量 1psi。

双筒：1-350psi，增量 1psi。

2. ≥ 15.6 英寸智能控制台。

3. 具备压力传感器功能，超过设定压力，会报警且停止注射。

4. 控制台具备实时压力曲线和注射过程显示功能。

三、其他要求

1. 需提供营业执照、经营许可证、医疗器械注册证、厂家授权。

2025年陆丰市人民医院高压注射泵采购项目市场询价表

询价单位：陆丰市人民医院

序号	名称	单位	数量	总价报价	备注
1	高压注射泵（单筒）	套	1		
2	高压注射泵（双筒）	套	1		

被询价单位（章）：

报价人：

年 月 日