

2025 年陆丰市人民医院内窥镜清洗消毒系统及 DR 维  
保服务采购项目

市场调查询价

陆丰市人民医院  
2025 年 11 月

## 一、维保需求

序号	设备名称	型号
1	GE 双板 DR	Definium6000
2	GE 移动 DR	Optima Rx2000amx
3	内窥镜清洗消毒系统	详见清单

### 服务内容：

#### （一）GE 双板 DR、GE 移动 DR：

1. 服务范围：包括设备整机的扫描架、扫描床、高压控制柜、计算机和图像处理单元以及配套的工作站（球管、平板除外），对以上几部分提供全保服务，保修期内所有零配件，均免费维修。
2. 服务期限：1 年
3. 维修及保养：保修期内，每三个月提供一次维护保养调试服务。

#### （二）内窥镜清洗消毒系统：

##### 1. 服务清单：

序号	名称	品牌	数量	单位
1	初洗槽	迈尔	2	槽
2	酶洗槽	迈尔	2	槽
3	次洗槽	迈尔	2	槽
4	消毒槽	迈尔	2	槽
5	末洗槽	迈尔	2	槽
6	全自动内镜清洗消毒机 (OBJ/QNJ-100)	欧倍洁	3	套
7	高压气泵	迈尔	2	台
8	灌流泵 OBJ-XD100	欧倍洁	10	个
9	可控式水龙头	迈尔	7	支
10	高压水/气枪	迈尔	8	把
11	循环泵	迈尔	2	个

12	测漏器	迈尔	2	个
13	电动阀	迈尔	6	个
14	自动吸酶器	迈尔	2	套
15	中心电源	迈尔	2	套
16	高压隔膜泵	上海新西山	1	个
17	电脑内窥镜吹干机 DK-10(A)	泰州迪康	2	台
18	反渗透水处理机	/	1	套
19	RO膜	/	1	条
20	过滤滤芯	/	2	条
21	快速接头(spc-06sh 前插, SPC-06PHB 后插)	/	1	台
22	奥林巴斯清洗接头插头 MH-946	/	2	套
23	内镜清洗胃镜肠镜黑接头	/	1	套
24	进水/排水等管道	/	1	套
25	空气压缩机	/	1	套

2. 服务范围：对以上清单设备提供全保服务，保修期内所有零配件，均免费维修。

3. 服务期限：1年

4. 保养：保修期内，每三个月提供一次维护保养调试服务。

## 二、其他要求

1. 需提供以上维保设备的维修资质。

2. 开机率：确保设备开机率>95%。

3. 响应时间：1小时内电话响应，24小时内现场响应。

## 2025年陆丰市人民医院内窥镜清洗消毒系统及DR维保服务采购项目

询价单位：陆丰市人民医院

序号	名称	单位	数量	总价报价	备注
1	2025年陆丰市人民医院内窥镜清洗消毒系统及DR维保服务采购项目	项	1		

被询价单位（章）：

报价人：

年 月 日